

## 公立陶生病院組合公告

物品購入に関する制限付き一般競争入札については、次のとおりである。

平成22年12月8日

公立陶生病院組合  
管理者 瀬戸市長 増岡錦也

### 1 制限付き一般競争入札に付する事項

- (1) 物品購入 泌尿器用X線透視装置 一式
- (2) 供給場所 瀬戸市西追分町160番地（公立陶生病院）
- (3) 物品購入概要 別紙設計書のとおり

### 2 制限付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

- (1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しない者であること。
- (2) 平成22年・23年度瀬戸市物品の納入等入札（見積）参加資格者名簿に対象品目（104医療・理化学計測機器）に係る業種が登載されている者であって、入札参加資格申請をする本店又は営業所等を愛知県内に設置している者であること。
- (3) 公告の日から入札日までの間において、瀬戸市から指名停止措置を受けていない者であること。
- (4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立がなされている者にあつては、同法に基づく更生手続開始の決定を受けていること。
- (5) 民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき民事再生手続開始の申立がなされている者にあつては、同法に基づく再生手続開始の決定を受けていること。
- (6) その他の法令、規則等に違反していない者であること。

### 3 入札参加資格の確認等

- (1) 入札参加を希望する者は、別に配布する一般競争入札参加資格確認申請書及び関係資料（以下「資格確認申請書」という。）を次のとおり持参により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。

なお、競争入札参加資格の適否については、平成22年12月21日（火）に資格確認申請者に対し、一般競争入札参加資格確認通知書（以下「確認通知書」という。）により通知するものとする。

#### ① 資格確認申請書の配布期間

平成22年12月8日（水）から平成22年12月16日（木）まで  
（土曜日、日曜日及び祝日を除く）

#### ② 資格確認申請書の提出期間

平成22年12月8日（水）から平成22年12月16日（木）まで  
（土曜日、日曜日及び祝日を除く）

③ 時間

午前9時から午後4時まで（正午から1時までを除く）

④ 提出部数

1部

⑤ 提出場所

公立陶生病院 会計課

⑥ その他

（ア）書類提出に係る費用は、提出者の負担とする。

（イ）提出された書類は、返却しないものとする。

4 入札執行の日時

（1）日時

平成22年12月27日（月） 午前10時40分

（2）場所

公立陶生病院 南棟 5階 第1会議室

5 入札保証金

（1）制限付き一般競争入札に参加しようとする者は、公立陶生病院組合契約規則第9条に基づき、その見積る契約金額の100分の3以上の入札保証金を平成22年12月24日（金）までに納めなければならない。

（2）次に掲げる場合においては、公立陶生病院組合契約規則第12条により、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

① 制限付き一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に公立陶生病院組合を被保険者とする入札保障保険契約を締結したとき。

② 制限付き一般競争入札に参加しようとする者が過去2年間に国（公社及び公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

6 入札の執行

（1）入札書は本人又は委任状を提出、確認通知書を提示した代理人が持参することにより行うものとし、郵送または電送によるものは受け付けない。なお、会場への入場者は各資格者2名以内とする。

（2）入札回数は5回（再度入札は4回）とする。

（3）資格確認の結果、制限付き一般競争入札参加資格を有する者が1人である場合又は入札に参加する者が1人である場合においても、原則として入札を執行するものとする。

- (4) 入札参加者は、見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額（消費税抜き）を入札書に記載すること。
- (5) 落札者は、入札書に記載される入札金額に対応する物品内訳書を提出しなければならない。

## 7 予定価格等

予定価格は公表しない。

## 8 入札の無効

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

- (1) 入札参加者の資格を有しない者のした入札
- (2) 所定の日時まで所定の場所に到達しない入札
- (3) 入札書の入札金額を訂正している入札
- (4) 入札に際して談合等による不正行為があった入札
- (5) 同一事項の入札に対し、2以上の意思表示をした入札
- (6) 記名押印のない入札
- (7) 入札書の記載事項が確認できない入札
- (8) その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札

## 9 契約

契約書の作成を必要とする。

## 10 契約保証金

- (1) 落札者は、公立陶生病院組合契約規則第33条に基づき、契約金額の100分の10以上の金額の契約保証金を納めなければならない。
- (2) 落札者が次のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除するものとする。
  - ① 契約の相手方が保険会社との間に当組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
  - ② 契約の相手方が過去2年間に国（公社及び公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

## 11 支払条件

物品納入時一括支払とする。

## 12 その他

- (1) この公告に記載していない事項については、地方自治法、同法施行令、当組

合契約規則等の定めによる。

- (2) 資格確認申請書等に虚偽の記載をした場合においては、瀬戸市指名停止要領に基づき、指名停止を行うことがある。

13 問い合わせ先

公立陶生病院組合 物流課用度係

瀬戸市西追分町 160 番地 電話 0561-82-1945 (ダイヤルイン)

# 設 計 書

## 泌尿器科用X線装置 一式

設 計 金 額 金 円也

購 入 価 格 金 円也

消費税額及び地方消費税額 金 円也

住 所

商号又は名称

代表者氏名

印

名 称	摘 要	単位	数量	単 価	金 額	備 考
I 泌尿器科用X線装置 一式	(シーメンス社製)					
	1 泌尿器科用X線装置	式	1			
	UROSKOP Omnia 本体	式	1			
	X線高電圧発生装置「POLYDOROS F」	式	1			
	X線管球	式	1			
	フラットパネルディテクタ(43cm×43cm)	式	1			
	装置本体懸架式19インチ液晶モニター	式	2			
	操作コンソール	式	1			
	19インチ液晶モニター、マウス、キーボード					
	デジタル画像処理システム	式	1			
	DICOM 3.0機能	式	1			
	DICOM Storage、MWM、Basic Preint	式	1			
	アクセサリ					
	検査用コントロールパネル	式	1			
	操作室用リモートコントロールスイッチ	式	1			
	フットスイッチ	式	1			
	患者足支え、腕支え	式	1			
	内視鏡超音波用画像出力インターフェイス	式	1			
	延長天板	式	1			
	操作卓、椅子	個	1			
	汚物受けシンク	個	1			
	汚物受けシンク用移動パイプ台	個	1			
	2 周辺器機装置	式	1			
	モニター懸垂装置天井直付型	台	1			
	モニター懸垂装置用モニター	台	2			
	監視カメラ 15インチモニター	台	1			
	操作室内視鏡用15インチモニター壁掛金具付	個	1			
	管理用ノートPC Office付	台	1			
	キャノン プリンター	台	1			
	操作室用デスク装置純正デスク隣用	台	1			
	PCラック	台	1			
	点滴棒	本	3			
	パイオニア コードレス電話 子機2台付	式	1			
	オーディオシステム操作室、検査室用	台	2			



名 称	摘 要	単位	数量	単 価	金 額	備 考
I 泌尿器科用X線装置 一式	(日立社製)					
	1 据置型デジタル式汎用X線透視診断装置	式	1			
	据置型デジタル式汎用X線透視診断装置 CUREVISTA					
	FPD専用透視撮影台 TU-9500P	台	1			
	高圧トランス GHF-S-158H3	台	1			
	X線制御ユニット ZHF-AD-158H3F	台	1			
	波尾カットパルス透視 ZG-S-PF	式	1			
	X線管装置 UH-6QC-307EY	式	1			
	サーボ絞り ランプ付 ZU-L5KUH	式	1			
	フラットパネルディテクタ FPD4030C	式	1			
	グリッド TMVR10N62F120	式	1			
	画像処理装置 DR-V(F)	式	1			
	DICOMレーザープリンタ接続インターフェイス DICOMLP2	式	1			
	DICOM接続インターフェイス DICOMOUT	式	1			
	操作ユニット ZT-TC-9500H	式	1			
	遠隔操作卓用 透視/撮影モニタ MONOLCD G11-SF	台	2			
	遠隔操作デスク DESK-W01	台	1			
	近接操作卓 ZT-C-9500H	台	1			
	近接用 透視/撮影モニタ MONOLCD G11-SF	台	2			
	近接用 QRモニタ MONOLCD G11-SF	台	1			
	DVR MPPS DVR MPPS	台	1			
	DICOM MWM(被検者情報取得) DRXMWM	式	1			
	DICOM QR接続インタフェイス DICOM QR	式	1			
	泌尿器科用アレン支持脚	式	1			
	肘受器	式	1			
	多機能フットスイッチ	式	1			
	天板マット	式	1			
	Sentinelリモートサービスソフト REMOTE-E	式	1			
	リモート機器	式	1			
	2 富士通株式会社とのDICOM接続	式	1			
	ESPRIMO D550/A FMVDE3A0L1	式	1			
	CPU変更 Core™2Duo E7500	式	1			
	メモリ変更 2GB	式	1			
	SupportDeskパック	式	1			
	カラー液晶ディスプレイ 19型	式	1			
	泌尿器X線TV室接続費用	式	1			
	次項へ続く					



名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価 (定 価)	金 額 (定 価)	備 考
	3 周辺器機装置	式	1			
	モニター懸垂装置(4面モニター・2方向走行型)	式	1			
	付属器機収納ラック	式	1			
	監視カメラ 15インチモニター	台	1			
	操作室内視鏡用15インチモニター壁掛金具付	台	1			
	マイクシステム(インターフォン)	式	1			
	管理用ノートPC Office付	台	1			
	キャノン プリンター	台	1			
	操作室用デスク	台	1			
	PCラック	台	1			
	点滴棒	本	3			
	1段踏み台	台	1			
	パイオニア コードレス電話 子機2台付	式	1			
	オーディオシステム操作室、検査室用	台	2			
	ラクラックス ラージ(180cm×72cm 3ツ折)	式	1			
	泌尿器アクセサリー	式	1			
	特注汚物缶(専用スタンド付)	式	1			
	内視鏡用モニタ	台	1			
	3 その他					
	搬入、設置、調整作業	式	1			
	床張り替え工事	式	1			
	泌尿器科、TV室空気清浄機	式	1			
	※ 故障等緊急時には、原則として24時間以内に対応できること。					
納入期限	平成 23 年 3 月 31 日					
小 計						
Ⅱ 消費税及び地方消費税相当額		式	1			5.00%
総合計						