

公立陶生病院組合公告

生体情報モニタシステム六式に関する制限付き一般競争入札（以下「一般競争入札」という。）については、次のとおり。

平成25年9月27日

公立陶生病院組合
管理者 瀬戸市長 増岡錦也

1 一般競争入札に付する事項

- (1) 物品購入 生体情報モニタシステム 六式
- (2) 供給場所 瀬戸市西追分町160番地（公立陶生病院）
- (3) 物品購入概要 別紙設計書のとおり

2 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

- (1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しない者であること。
- (2) 平成24年・25年度瀬戸市物品の納入等入札（見積）参加資格者名簿に対象品目（104 医療・理化学・計測器機）に係る業種が掲載されている者であって、入札参加資格申請をする本店又は営業所等を愛知県内に設置している者であること。
- (3) 公告の日から入札日までの間において、公立陶生病院組合から指名停止措置を受けていない者であること。
- (4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立がなされている者にあつては、同法に基づく更生手続開始の決定を受けていること。
- (5) 民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき民事再生手続開始の申立がなされている者にあつては、同法に基づく再生手続開始の決定を受けていること。
- (6) その他の法令、規則等に違反していない者であること。

3 入札参加資格の確認等

- (1) 入札参加を希望する者は、別に配布する一般競争入札参加資格確認申請書及び関係資料（以下「資格確認申請書」という。）を次のとおり持参により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。

なお、競争入札参加資格の適否については、平成25年10月8日（火）に資格確認申請者に対し、一般競争入札参加資格確認通知書（以下「確認通知書」という。）により通知するものとする。

① 資格確認申請書の配布期間

平成25年9月27日（金）から平成25年10月3日（木）まで
（土曜日、日曜日及び祝日を除く）

- ② 資格確認申請書の提出期間
平成25年9月27日（金）から平成25年10月3日（木）まで
（土曜日、日曜日及び祝日を除く）
- ③ 時間
午前9時から午後4時まで（正午から1時までを除く）
- ④ 提出部数
1部
- ⑤ 提出場所
公立陶生病院 会計課
- ⑥ その他
（ア）書類提出に係る費用は、提出者の負担とする。
（イ）提出された書類は、返却しないものとする。

4 入札執行の日時

- (1) 日時
平成25年10月21日（月） 午前11時00分
- (2) 場所
公立陶生病院 南棟 5階 第1会議室
会議室

5 入札保証金

- (1) 一般競争入札に参加しようとする者は、公立陶生病院組合契約規則第9条に基づき、その見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を平成25年10月18日（金）までに納めなければならない。
- (2) 次に掲げる場合においては、公立陶生病院組合契約規則第12条により、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
 - ① 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に公立陶生病院組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
 - ② 一般競争入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

6 入札の執行

- (1) 入札書は本人又は委任状を提出、確認通知書を提示した代理人が持参することにより行うものとし、郵送または電送によるものは受け付けない。なお、会場への入場者は各資格者2名以内とする。
- (2) 入札回数は5回（再度入札は4回）とする。
- (3) 資格確認の結果、制限付き一般競争入札参加資格を有する者が1人である場合又は入札に参加する者が1人である場合においても、原則として入札を執行するものとする。

- (4) 入札参加者は、見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額（消費税抜き）を入札書に記載すること。
- (5) 落札者は、入札書に記載される入札金額に対応する物品内訳書を提出しなければならない。

7 予定価格等

予定価格は公表しない。

8 入札の無効

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

- (1) 入札参加者の資格を有しない者のした入札
- (2) 所定の日時まで所定の入札保証金を納付しない者のした入札
- (3) 所定の日時まで所定の場所に到達しない入札
- (4) 入札書の入札金額を訂正している入札
- (5) 入札に際して談合等による不正行為があった入札
- (6) 同一事項の入札に対し、2以上の意思表示をした入札
- (7) 記名押印のない入札
- (8) 入札書の記載事項が確認できない入札
- (9) その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札

9 契約

契約書の作成を必要とする。

10 契約保証金

- (1) 落札者は、公立陶生病院組合契約規則第33条に基づき、契約金額の100分の10以上の金額の契約保証金を納めなければならない。
- (2) 落札者が次のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除するものとする。
 - ① 契約の相手方が保険会社との間に当組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
 - ② 契約の相手方が過去2年間に国（公社及び公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

11 支払条件

物品納入時一括支払とする。

12 その他

- (1) この公告に記載していない事項については、地方自治法、同法施行令、公立陶生病院組合契約規則等の定めによる。
- (2) 資格確認申請書等に虚偽の記載をした場合においては、公立陶生病院組合指名停止要領に基づき、指名停止を行うことがある。

13 問い合わせ先

公立陶生病院組合 物流課用度係

瀬戸市西追分町 160 番地 電話 0561-82-1945 (ダイヤルイン)

名 称	摘 要	単位	数量	単価	金額	備 考
I 生体情報モニタシステム 六式	(フクダ電子社製及びフィリップスエレクトロニクスジャパン社製)					
	生体情報モニターシステム (救急部1階) <フクダ電子社製>	式	1			
	救命救急センターセントラルモニタ (24床)	式	1			
	セントラルモニタ (デジタルテレメータ受信機8台含む) DS-8900	台	4			
	ベッドサイドモニタ (ER病床)	式	8			
	モニタ装置 DS-8100N	台	8			
	レコーダユニット拡張ポート HR-811	個	8			
	リチウムイオンバッテリーパック BT0-008	個	8			
	送信機モジュール HLX-801	個	8			
	無線双方向モジュール HTC-702	個	8			
	HTC取付けカバー OA0-64A	個	8			
	CO2ガスユニット HCP-810	個	8			
	心電中継コード (3電極) CIO-05CTP-3NU	本	8			
	心電計ケーブル CMF-700-3	本	8			
	SPO2センサー DS-100A	個	8			
	センサー接続ケーブル DOC-10	本	8			
	NBPエアホース (3.5m) OA-80APR3.5	本	8			
	血圧カフ M-adult275-365 CUF-8104	個	16			
	2ch体温中継ケーブル (0.5m) CJO-P01T-DA0.5	本	16			
	トロリー及びウォールマウント MXD-M3-36612FD	個	8			
	ベッドマウントHTC (VES A 75mm) OA0-85A	個	8			
	ベッドサイドモニタ (処置・回復室)	式	11			
	モニタ装置 DS-8100N	台	11			
	レコーダ・拡張ポートユニット HR-811	個	11			
	リチウムイオンバッテリーパック BT0-008	個	11			
	送信機モジュール HLX-501	個	11			
	無線双方向モジュール HTC-702	個	11			
	HTC取付けカバー OA0-64A	個	11			

名 称	摘 要	単位	数量	単価 (定価)	金額 (定価)	備 考
	専用トロリー OT0-10	個	11			
	心電中継コード (3電極) CI0-05CTP-3NU	本	11			
	SPO2センサー DS-100A	個	11			
	センサー接続ケーブル DOC-10	本	11			
	心電計ケーブル CMF-700-3	本	11			
	NBPエアホース (3.5m) 0A-80APR3.5	本	11			
	血圧カフ M-adult275-366 CUF-8104	個	22			
	2ch体温中継ケーブル (0.5m) CJ0-P01T-DA0.5	本	22			
	ベッドマウントHTC (VES A 75mm) 0A0-85A	個	11			
	医用テレメータ	式	6			
	心電・呼吸SPO2送信機本体 LX-7230N	台	6			
	心電リード CMT-01FTH-0.8D	本	6			
	SPO2センサー DS-100A	個	6			
	セントラルモニタスレーブ (2箇所対応4台) 設置	式	1			
	24インチカラーディスプレイモニタ取付け	台分	6			
	モニタ及びスレーブ用電源工事	箇所	4			
	生体情報モニタシステム (ERICU) <フィリップス社製>	式	1			
	86524 IntelliVue 生体情報モニタ (865244リモコン含む) MX800	セット	11			
	本体 (12ch) 19インチ・8スロット・フレキシブルモジュールサーバ (MMSマウント) 他					
	M3002A X2マルチメジャントモジュール (心電図/呼吸・非観血血圧・SPO2)	セット	11			
	観血血圧1ch体温1ch ICU用5リード標準キット					
	M3014Aカプノグラフィ拡張モジュール (CO2) メインストリームセンサー	セット	4			
	M1006B 観血血圧モジュール IABP用アナログ出力付	個	12			
	M1007B 観血血圧モジュール (出力ポート無)	個	12			
	IntelliBrige EC10外部機器接続モジュール	式	4			
	RS232/LAN接続モデル	個	4			
	Edwards心機能モニタ Vigilance II用ドライバ	個	4			
	IntelliBrige EC5 IDモジュール	式	4			
	Edwards心機能モニタ Vigilance II用ドライバ	個	4			

名 称	摘 要	単位	数量	単価 (定価)	金額 (定価)	備 考
	I Dモジュール接続ケーブル 1.5m	本	4			
	M3155 IntelliVueインフォメーションセンタ (既存セントラルモニタ1台アップグレード含む)	式	1			
	12床表示機能、PC本体、キーボード、マウス、PDM					
	M3254 IntelliVueラージデータベースサーバへのアップグレード	式	1			
	96時間クリニカルイベントレビュー機能、ラック搭載型ハードウェア					
	タッチ式19インチラージ液晶ディスプレイ 865059	台	4			
	セントラルモニタ用レーザープリンタ 865321	台	1			
	USBレコーダ	台	1			
	棚置首振金具 (プレート付) ITD TS6025	個	12			
	19インチワイドタッチ液晶ディスプレイ ET1900L	台	10			
	移設 (NICUセントラルモニタ移設位置変更工事含む)・通線等工事 (スレーブディスプレイ工事等含む)	式	1			
	関連消耗品					
	M1669A3電極患者ケーブル	本	12			
	M1672A3電極リードICU用グラバー型	本	12			
	M1668A5電極患者ケーブル	本	12			
	M1971A5電極リードICU用グラバー型	本	12			
	ネルコアDS100A リニューザブルSPO2成人指用センサ	本	12			
	M1599B接続チューブ (300m)	本	12			
	M1578Aコンフォートカフセット (小児・成人用)	個	12			
	Edwards圧トランスデューサ接続ケーブル 896083021	本	36			
	デバイス体温プローブ用接続ケーブル	本	12			
	直腸/食道温 (12Fr) 989801190976	本	12			
	スーパーゲートウェイIP変更作業	式	1			
	生体情報モニタシステム (中央手術部) <フィリップス社製>	式	1			
	IntelliVue MX800生体情報モニタ	台	10			
	本体19インチワイド液晶タッチスクリーン8スロットフレキシブルモジュールサーバ 麻酔仕様					
	M3002A X2マルチメジャントモジュール (心電図・呼吸・非観血圧・SPO2・体温・OR用3リード)	台	10			
	M1006B 観血圧モジュール	個	10			
	G5麻酔ガスモジュール M1019A	個	10			

名 称	摘 要	単位	数量	単価 (定価)	金額 (定価)	備 考
	B I S Xパワータップ B I Sモジュール	個	9			
	マシモSET SPO2モジュール 989801190909	個	10			
	I n t e l l B r i d g e E C 1 0外部機器接続モジュール	式	1			
	R S 2 3 2 / L A N接続モデル	個	13			
	D r e g e r麻酔器用ドライバ	個	10			
	E d w a r d s心機能モニタ V i g i l l a n c e I I用ドライバ	個	1			
	E d w a r d s心機能モニタ V i g i l l a n c e I用ドライバ	個	1			
	インボス用ドライバ	個	1			
	I n t e l l B r i d g e E C 5 I Dモジュール	式	1			
	D r e g e r麻酔器用ドライバ	個	10			
	E d w a r d s心機能モニタ V i g i l l a n c e I I用ドライバ	個	1			
	E d w a r d s心機能モニタ V i g i l l a n c e I用ドライバ	個	1			
	インボス用ドライバ	個	1			
	I Dモジュール接続ケーブル	本	13			
	関連消耗品 (圧トランスデューサ接続ケーブル 896083021他)	式	1			
	M 3 1 5 0 I n t e l l i V u eインフォメーションセンタ (セントラルモニタ)	式	1			
	12床表示機能、デュアルディスプレイ仕様、PC本体・キーボード・マウス・PDM、UPS					
	タッチ式19インチラージ液晶ディスプレイ (天吊用) 8659059	台	2			
	USBレコーダ	台	1			
	6Wayビデオブリタ ハードウェア2ディスプレイ機能	台	1			
	スイッチ (UTPモデル) 865054	式	1			
	G C X麻酔器 A e s p i e r用マウントキット	個	10			
	G C X麻酔器 F a b i u s用マウントキット	個	9			
	22インチワイド液晶ディスプレイ	台	13			
	24インチカラーワイド医用液晶ディスプレイ (セントラルモニタ用壁側ディスプレイ)	台	1			
	スレーブディスプレイ設置、通線等工事	式	1			
	生体情報モニタシステム (5E病棟) <フィリップス社製>	式	1			
	M P 5 0生体情報モニタ M8004A	台	23			
	本体12液晶タッチスクリーン、リモコン、ナビゲーションポイント					
	標準仕様 802.11無線LANマニュアルセット					

名 称	摘 要	単位	数量	単価 (定価)	金額 (定価)	備 考
	M3002A X2マルチメジャントモジュール (心電図/呼吸・非観血血圧・SPO2)	個	35			
	観血血圧1ch 体温1ch ICU用3リード					
	M3155 IntelliVueインフォメーションセンタ	式	1			
	12床表示機能・PC本体、キーボード、マウス、PDM、UPS					
	M3154 IntelliVueラージデータベースサーバ	式	1			
	96時間クリニカルイベントレビュー機能、ラック搭載型ハードウェア					
	タッチ式19インチラージ液晶ディスプレイ 865058	台	2			
	セントラルモニタ用レーザープリンタ 865321	台	1			
	USBレコーダ	台	1			
	スイッチ (UTPモデル) 865054	台	2			
	MX40携帯型モニタ (1.4GHz)	台	20			
	ECG+Fast SPO2仕様					
	リチウムイオンバッテリー (3ヶ入) SPO2コネクタ付リユーズブル3電極リードグラバ型	本	20			
	防水型テレメータ用ポーチ (50入)	個	1			
	IntelliVue CL充電ステーション	式	2			
	2.4GHz IntelliVueアクセスポイント	台	12			
	アクセスポイントコント天吊マウントキット	個	12			
	アクセスポイントコントローラ	個	2			
	12ポートPOEユニット	式	2			
	同期ユニット 862114	式	2			
	POEユニット (UTP/FXモデル) 866212	式	2			
	スイッチ (UTPモデル) 865054	式	2			
	デストップ用UPS 862167	台	2			
	GCX MP50取付け金具 VHMアーム (チャンネル)	個	35			
	関連消耗品	式	1			
	M31669A3電極患者ケーブル	本	23			
	M1672A3電極リードICU用グラバ型	本	23			
	M1668A5電極患者ケーブル	本	23			
	M1971A5電極リードICU用グラバ型	本	23			
	スナップ付テレメータ用ポーチ (50入) 9300-0768-050	個	1			

名 称	摘 要	単位	数量	単価 (定価)	金額 (定価)	備 考
	M1191BリューザブルSPO2センサー成人用指センサー	個	20			
	ネルコアDS-100A リューザブルSPO2成人用センサー	個	35			
	M1599B接続チューブ (300m)	本	23			
	M1578Aコンフォートカフセット (小児・成人用)	個	23			
	Edwards圧トランスデューサ接続ケーブル 896083021	本	23			
	ディスポ体温プローブ用ケーブル 989801190979	本	23			
	直腸/食道温 (12Fr) 989801190976	本	10			
	セントラルスレーブ設置 (既存装置解体費用含む)、通線等工事	式	1			
	生体情報モニタシステム (7E・8E病棟) <フクダ電子社製>	式	2			
	セントラルモニタ (16床)	式	2			
	セントラルモニタ DS-8900	台	2			
	拡張表示器 LC-8026T	台	2			
	デジタルテレメータ受信機 LW-7080	台	7			
	無線双方向モジュール HTC-702	個	3			
	LAN接続ケーブル 7600用 CJ-761	本	3			
	レコーダユニット HR-800	式	3			
	ベッドサイドモニタ (7E・8E病棟)	式	12			
	モニタ装置 DS-8100N	台	12			
	本体ユニット HR-811	式	12			
	リチウムイオンバッテリーパック BT0-008	個	12			
	送信機モジュール HLX-801	個	12			
	無線双方向モジュール HTC-702	個	12			
	HTC取付けカバー 0A0-64A	個	12			
	心電中継コード (3電極) CIO-05CTP-3NU	本	12			
	心電ケーブル CMF-700-3	本	12			
	医用テレメータ工事	式	3			
	SPO2センサー DS-100A	個	12			
	センサー接続ケーブル DOC-10	本	12			
	エアホース (3.5m) 0A-80APR3.5	本	12			
	血圧カフ M-adult275-366 CUF-8104	個	12			

名 称	摘 要	単位	数量	単価 (定価)	金額 (定価)	備 考
	2 c h 体温中継ケーブル (0.5 m) CJ0-P01T-DA0.5	本	12			
	血圧カフ M-Adult275-365 CUF-8104	個	24			
	体温中継ケーブル (0.5 m) CJ0-P01T-DA0.5	本	24			
	ベッドマウントHTC (VESA75mm) OA0-85A	個	12			
	専用トロリー OT0-10	台	12			
	ベッドサイドモニタ	式	2			
	モニタ装置 DS-7141	台	2			
	無線双方向モジュール HTC-702	個	2			
	取付金具 OA-471	個	2			
	SPO2センサー DS-100A	個	2			
	センサ接続ケーブル DOC-10	本	2			
	心電中継コード CI-700D-3	本	2			
	心電ケーブル CMF-700-3	本	2			
	エアホース OA-70APR3.5	本	2			
	モニタ血圧用カフ 成人用 (標準) CUF-8404	個	2			
	中継ケーブル CJ-7546	本	2			
	バッテリー T4UR18650F24644	個	2			
	架台 FD-001-61E	台	3			
	医用テレメータ	式	22			
	医用テレメータ送信機 (心電・呼吸SPO2送信機本体) LX-7230N	台	22			
	心電リード CMT-01FTH-0.8D	本	22			
	SPO2センサー DS-100A	個	22			
	モニタ管理システム接続	式	1			
	HIS連携/バイタル連携/画像転送費用					
	管理システムOS					
	データサーバ増設	台	2			
	生体情報モニタ移設	式	1			
	3C・8A病棟					
	24インチカラースレーブモニタ取付け (3AB病棟)					

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価 (定価)	金 額 (定価)	備 考
	モニタ管理システム接続 (移設に伴うもの)					
	移設時追加架台 FD-001-61E					
	既存サーバ更新3台接続作業	式	1			
	※ 故障等緊急時には、原則として24時間以内に対応できること。					
小 計						
II 消費税及び地方消費税相当額		式	1			5.00%
総合計						